

Declarație de conformitate UE

Producător: VWR International bv - Haasrode Researchpark 2020, Geldenaaksebaan 464, B-3001 Leuven, [www: be.vwr.com](http://www.be.vwr.com), email: vwr.be@vwr.com

Subsemnata declară că această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, VWR International bv, și că obiectul (declarațiile) descris în anexa 1 sunt în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

În cazul unei modificări neautorizate a oricăruia dintre produsele enumerate în anexa 1, această declarație devine nevalidă.

Numele produsului:

VWR Digital multi-parameter instruments
pHenomenal and accessories

Directiva CE:

RoHS 2011/65/EU ultima revizuire
EMC 2014/30/EU ultima revizuire

Standarde armonizate:

EN 61326-1:2013
EN 61010-1:2010

Numarul Documentului: Acest document este o traducere a documentului original nr. 12894.2018.04 în limba engleză.

Locul și data emiterii: Leuven, 2018-11-15



Kris Nijs
Managing Director

Anexa 1

Nr. Cat.	Produs
665-0494	Phenomenal Handheld digital multiparameter MD 8000 H pH set
665-0495	Phenomenal Handheld digital multiparameter MD 8000 H conductivity set
665-0496	Phenomenal Handheld digital multiparameter MD 8000 H dissolved oxygen set
665-0497	Phenomenal Handheld digital multiparameter MD 8000 H for service
665-0498	Phenomenal bench digital multiparameter MD 8000 L pH set
665-0499	Phenomenal bench digital multiparameter MD 8000 LB pH Biotech set
665-0500	Phenomenal bench digital multiparameter MD 8000 L for service use
662-2296	Intelligent plastic combined pH gel electrode model IDP 711
662-2297	Intelligent refillable glass combined pH electrode model IDP 721
662-2298	Intelligent refillable glass combined pH electrode with double platinum junction model IDP 721-LS
663-0356	Intelligent Conductivity cell with 50 ml conductivity standard model IDP 761 - C